



ประกาศจังหวัดสงขลา

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....

จังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๓๔,๕๖๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รายการที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง (บาท)
๑	รถเข็นสำหรับให้สารน้ำฉีดยา ๔๐X๕๐X๘๐ cm	๒	คัน	๑๒,๖๐๐
๒	รถ Emergency ๔๐X๕๕X๘๐ cm	๑	คัน	๙,๘๐๐
๓	รถเข็นสแตนเลส ๒ ชั้น ๔๕X๗๓.๕X๘๐ cm	๖	คัน	๓๕,๔๐๐
๔	เก้าอี้สแตนเลสสำหรับทำหัตถการมีล้อ	๖	ตัว	๒๐,๗๖๐
๕	รถเข็นสำหรับใส่กะละมัง ๒ ใบอาบน้ำผู้ป่วย	๑๖	คัน	๘๖,๔๐๐
๖	รถเข็นผ้าเปื้อน ขนาด ๖๕X๑๐๕X๗๐ cm	๒	คัน	๒๗,๐๐๐
๗	โต๊ะสำหรับจัดเตรียมอุปกรณ์ (ตัว) ๕๒X๙๒X๘๐ cm.	๒	ตัว	๑๔,๖๐๐
๘	เสาน้ำเกลือฐานแบบหลังเต่า	๒๐	ชุด	๓๖,๐๐๐
๙	โครงใส่ถังผ้าเปื้อน ๕๒x๕๑ cm.	๔	ชุด	๑๒,๐๐๐
๑๐	โต๊ะคร่อมเตียงขอบสแตนเลส	๑๑	ชุด	๕๕,๐๐๐
๑๑	รถทำหัตถการ ๔๓X๕๓X๙๔ cm	๑	คัน	๖,๐๐๐
๑๒	รถเข็นสแตนเลส ๒ ชั้นขนาด ๔๕X๗๓.๕X๘๐ cm	๒	คัน	๓๑,๕๐๐
๑๓	ขาตั้งอ่างคู่ ขนาดอ่าง ๓๓ cm	๑๖	ชุด	๘๖,๔๐๐
๑๔	รถฉุกลิ้น ขนาด ๕๐x๗๐x๙๐ cm	๒	คัน	๔๗,๕๐๐
๑๕	รดยาขนาด ๕๕x๗๐x๑๓๐ cm ๒๐ ถิ่นซึก	๒	คัน	๕๓,๖๐๐
๑๖	เสาแขวนน้ำเกลือสแตนเลสฐานแบบหลังเต่า	๑๘	ชุด	๓๒,๔๐๐
๑๗	รถฉีดยา ขนาด ๔๐x๕๐x๘๐ cm มีขอบหยาย ๓ ด้าน	๒	คัน	๑๒,๖๐๐
๑๘	รถทำแผลขนาด ๔๕x๗๓.๕X๘๐ cm	๑	คัน	๑๐,๒๖๐
๑๙	รถเข็น ๒ ชั้น ขนาด ๔๐x๕๕x๘๐ cm	๒	คัน	๑๐,๘๐๐
๒๐	เก้าอี้สแตนเลสสำหรับทำหัตถการมีล้อ	๖	ตัว	๒๐,๗๖๐
๒๑	รถทำหัตถการ ๔๓*๕๓*๙๔ cm.	๒	คัน	๑๒,๐๐๐
๒๒	โต๊ะสแตนเลส ๒ ชั้นวางผ้า ขนาด ๕๕X๙๒X๘๐ cm	๒	ชุด	๑๔,๘๐๐
๒๓	โต๊ะสแตนเลส ๒ ชั้นวางเครื่องมือ ขนาด ๕๕X๙๒X๘๐ cm	๒	ชุด	๑๔,๘๐๐
๒๔	โต๊ะสแตนเลส ๒ ชั้น วางGown ขนาด ๕๒X๖๐X๘๐ cm	๒	ชุด	๑๑,๘๐๐
๒๕	โต๊ะสแตนเลส ๒ ชั้นวางSetเครื่องมือขนาด ๕๒X๖๐X๘๐ cm	๓	ชุด	๑๗,๗๐๐

รายการที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง (บาท)
๒๖	โต๊ะสแตนเลส ๒ ชั้นวาง Set scrub ขนาด ๕๒X๖๐X๘๐ cm	๒	ชุด	๑๑,๘๐๐
๒๗	โต๊ะ Mayo	๒	ชุด	๙,๖๐๐
๒๘	Single basin ที่วางอ่างสแตนเลสเดี่ยว	๓	ชุด	๑๑,๗๐๐
๒๙	Double basin ที่วางอ่างสแตนเลสคู่	๑	ชุด	๕,๕๐๐
๓๐	เสาน้ำเกลือ	๑	ชุด	๑,๘๐๐
๓๑	ถังขยะสแตนเลส	๖	ชุด	๒๐,๑๙๖
๓๒	เก้าอี้สแตนเลสสำหรับทำหัตถการ	๖	ชุด	๒๐,๗๖๐
๓๓	ราวมีล้อสำหรับนับผ้าซับโลหิต	๑	ชุด	๕,๕๐๐
๓๔	ชั้นวางสแตนเลส ๕ ชั้นปรับระดับได้	๒	ชุด	๕๐,๐๐๐
๓๕	รถเข็นสแตนเลส ๒ ชั้น มีขอบ(เข็นเครื่องมือในห้องผ่าตัด)	๑	คัน	๑๐,๘๙๐
๓๖	รถเข็นผ้าเปื้อน สแตนเลสขนาด ๖๕X๑๐๕X๗๕ cm	๑	คัน	๑๓,๕๐๐
๓๗	โต๊ะคร่อมเตียง ๓๖X๘๐ ปรับสูงต่ำ	๑	ชุด	๕,๐๐๐
๓๘	เสาน้ำเกลือ ๕ แฉก	๒	ชุด	๔,๐๐๐
๓๙	ผ้าขึ้นเตียงขนาด ๓๐x๔๐x๒๓ cm	๔	ชุด	๖,๐๐๐
๔๐	เตียง Stretcher	๒	ชุด	๕๗,๐๐๐
๔๑	รถเตรียมยาห้องพักฟื้น	๑	คัน	๑๐,๒๖๐
๔๒	รถเข็นเตรียมยาห้องผ่าตัด	๒	คัน	๑๙,๖๐๐
๔๓	เสาน้ำเกลือ	๕	ชุด	๙,๐๐๐
๔๔	โต๊ะคร่อมเตียง	๑๐	ชุด	๕๐,๐๐๐
๔๕	รถเข็น ๔ ล้อ เอนกประสงค์	๑	คัน	๘,๕๐๐
๔๖	รถเข็นสำหรับทำหัตถการ ขนาด ๔๕x๗๓.๕x๘๐ cm	๔	คัน	๒๑,๗๘๐
รวมเป็นเงิน				๑,๐๓๔,๕๖๖

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดสงขลา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.skhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๔๓๓ ๘๑๐๐ ต่อ ๑๙๑๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายบรรเจ็ด นนทสูติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๕๕/๒๕๖๒

การซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔๖ รายการ

ตามประกาศ จังหวัดสงขลา

ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

จังหวัดสงขลา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลา" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

รายการที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง (บาท)
๑	รถเข็นสำหรับให้สารน้ำฉีดยา ๔๐X๕๐X๘๐ cm	๒	คัน	๑๒,๖๐๐
๒	รถ Emergency ๔๐X๕๕X๘๐ cm	๑	คัน	๙,๘๐๐
๓	รถเข็นสแตนเลส ๒ ชั้น ๔๕X๗๓.๕X๘๐ cm	๖	คัน	๓๕,๔๐๐
๔	เก้าอี้สแตนเลสสำหรับทำหัตถการมีล้อ	๖	ตัว	๒๐,๗๖๐
๕	รถเข็นสำหรับใส่กะละมัง ๒ ใบอานน้ำผู้ป่วย	๑๖	คัน	๘๖,๔๐๐
๖	รถเข็นผ้าเปื้อน ขนาด ๖๕X๑๐๕X๗๐ cm	๒	คัน	๒๗,๐๐๐
๗	โต๊ะสำหรับจัดเตรียมอุปกรณ์ (ตัว) ๕๒X๙๒X๘๐ cm.	๒	ตัว	๑๔,๖๐๐
๘	เสาน้ำเกลือฐานแบบหลังเต่า	๒๐	ชุด	๓๖,๐๐๐
๙	โครงใส่ถังผ้าเปื้อน ๕๒x๕๑ cm.	๔	ชุด	๑๒,๐๐๐
๑๐	โต๊ะพร้อมเตียงขอบสแตนเลส	๑๑	ชุด	๕๕,๐๐๐
๑๑	รถทำหัตถการ ๔๓X๕๓X๙๔ cm	๑	คัน	๖,๐๐๐
๑๒	รถเข็นสแตนเลส ๒ ชั้นขนาด ๔๕X๗๓.๕X๘๐ cm	๒	คัน	๓๑,๕๐๐
๑๓	ขาตั้งอ่างคู่ ขนาดอย่าง ๓๓ cm	๑๖	ชุด	๘๖,๔๐๐
๑๔	รถฉุกเฉิน ขนาด ๕๐x๗๐x๙๐ cm	๒	คัน	๔๗,๕๐๐
๑๕	รถยาขนาด ๕๕x๗๐x๑๓๐ cm ๒๐ ล้อขับเคลื่อน	๒	คัน	๕๓,๖๐๐
๑๖	เสาน้ำเกลือสแตนเลสฐานแบบหลังเต่า	๑๘	ชุด	๓๒,๔๐๐
๑๗	รถฉีดยา ขนาด ๔๐x๕๐x๘๐ cm มีขอบหยาง ๓ ด้าน	๒	คัน	๑๒,๖๐๐
๑๘	รถทำแผลขนาด ๔๕x๗๓.๕x๘๐ cm	๑	คัน	๑๐,๒๖๐
๑๙	รถเข็น ๒ ชั้น ขนาด ๔๐x๕๕x๘๐ cm	๒	คัน	๑๐,๘๐๐
๒๐	เก้าอี้สแตนเลสสำหรับทำหัตถการมีล้อ	๖	ตัว	๒๐,๗๖๐
๒๑	รถทำหัตถการ ๔๓*๕๓*๙๔ cm.	๒	คัน	๑๒,๐๐๐
๒๒	โต๊ะสแตนเลส ๒ ชั้นวางผ้า ขนาด ๕๕x๙๒x๘๐ cm	๒	ชุด	๑๔,๘๐๐
๒๓	โต๊ะสแตนเลส ๒ ชั้นวางเครื่องมือ ขนาด ๕๕x๙๒x๘๐ cm	๒	ชุด	๑๔,๘๐๐
๒๔	โต๊ะสแตนเลส ๒ ชั้น วางGown ขนาด ๕๒x๖๐x๘๐ cm	๒	ชุด	๑๑,๘๐๐
๒๕	โต๊ะสแตนเลส ๒ ชั้นวางSetเครื่องมือขนาด ๕๒x๖๐x๘๐ cm	๓	ชุด	๑๗,๗๐๐

รายการที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง (บาท)
๒๖	โต๊ะสแตนเลส ๒ ชั้นวางSet scrub ขนาด ๕๒X๖๐X๘๐ cm	๒	ชุด	๑๑,๘๐๐
๒๗	โต๊ะ Mayo	๒	ชุด	๙,๖๐๐
๒๘	Single basin ที่วางอ่างสแตนเลสเดี่ยว	๓	ชุด	๑๑,๗๐๐
๒๙	Double basin ที่วางอ่างสแตนเลสคู่	๑	ชุด	๕,๔๐๐
๓๐	เสาน้ำเกลือ	๑	ชุด	๑,๘๐๐
๓๑	ถังขยะสแตนเลส	๖	ชุด	๒๐,๑๙๖
๓๒	เก้าอี้สแตนเลสสำหรับทำหัตถการ	๖	ชุด	๒๐,๗๖๐
๓๓	ราวมือสำหรับนับผ้าซับโลหิต	๑	ชุด	๕,๔๐๐
๓๔	ชั้นวางสแตนเลส ๕ ชั้นปรับระดับได้	๒	ชุด	๔๐,๐๐๐
๓๕	รถเข็นสแตนเลส ๒ ชั้น มีขอบ(เข็นเครื่องมือในห้องผ่าตัด)	๑	คัน	๑๐,๘๙๐
๓๖	รถเข็นผ้าเบื่อน สแตนเลสขนาด ๖๕X๑๐๕X๗๕ cm	๑	คัน	๑๓,๕๐๐
๓๗	โต๊ะเครื่องมือเตียง ๓๖X๘๐ ปรับสูงต่ำ	๑	ชุด	๕,๐๐๐
๓๘	เสาน้ำเกลือ ๕ แฉก	๒	ชุด	๔,๐๐๐
๓๙	ผ้าขึ้นเตียงขนาด ๓๐x๔๐x๒๓ cm	๔	ชุด	๖,๐๐๐
๔๐	เตียง Stretcher	๒	ชุด	๕๗,๐๐๐
๔๑	รถเตรียมยาห้องพักฟื้น	๑	คัน	๑๐,๒๖๐
๔๒	รถเข็นเตรียมยาห้องผ่าตัด	๒	คัน	๑๙,๖๐๐
๔๓	เสาน้ำเกลือ	๕	ชุด	๙,๐๐๐
๔๔	โต๊ะเครื่องมือเตียง	๑๐	ชุด	๕๐,๐๐๐
๔๕	รถเข็น ๔ ล้อ เอนกประสงค์	๑	คัน	๘,๔๐๐
๔๖	รถเข็นสำหรับทำหัตถการ ขนาด ๔๕x๗๓.๕x๘๐ cm	๔	คัน	๒๑,๗๘๐
รวมเป็นเงิน				๑,๐๓๔,๕๖๖

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อเสนอแนะและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

- (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

- (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
- (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด สงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๓.๑) แบบแสดงการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคาไม่ได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลา ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ พร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลาจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ จังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลา ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลา จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่ จังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลา จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ จังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลา

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม

ค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบพัสดุแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่ยื่นไปแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลาจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลา จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลากำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ จังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลาสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลา

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลา มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลา มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ จังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่ยื่นทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินของ จังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลาเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลา จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่งาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลลธรรมตา หรือนิตินิตบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลา จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลา มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลา

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลาอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อจังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลาจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือจังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลาเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลาภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลายึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุมัติให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลา ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลา จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลา ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ จังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลา ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลสงขลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อจังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลาได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินบำรุงโรงพยาบาลสงขลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อจังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลาได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีธงเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่มีปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลาได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลาจะรีบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกมัดจำชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลาสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อ กำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลา คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ จังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลาอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลาไม่ได้

(๑) จังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลาไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อ หรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลา หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลา สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับจังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลสงขลา ไว้ชั่วคราว



คุณลักษณะเฉพาะ
รถเข็นสำหรับให้สารน้ำฉีดยา ๔๐x๕๐x๘๐ cm
โรงพยาบาลสงขลา

- ๑. เป็นรถเข็น ๑ ล้อชัก ๑ ชั้น วางอุปกรณ์ ทำด้วยแผ่นสแตนเลสหนา ๐.๙ มม.
- ๒. มีด้ามจับเข็น ๑ ด้าม เชื่อมติด ทำด้วยสแตนเลสกลม ขนาด ๒๒ มม.
- ๓. ขารรถทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด ๑" หนา ๑ มม.
- ๔. ด้านบนมีขอบหยาบ ๓ ด้าน
- ๕. ขนาดรถเข็น ๔๐ x ๕๐ x ๘๐ ซม. (ความสูงรวมล้อ)
- ๖. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ทั้งหมด (พร้อมหนังสือรับรอง TEST REPORT)
- ๗. ใส่ล้อขนาด ๓" จำนวน ๔ ล้อ
- ๘. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ลงชื่อ)*Wanwan*.....ประธานกรรมการ
(นางพรทิพย์ แสงสง่า)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)*Wanwan*.....กรรมการ
(นางสาวอมรรัตน์ จ่านงภักดิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)*Wanwan*.....กรรมการ
(นายวีรยุทธ แก้วศรีสม)
นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
รถ Emergency ๔๐X๕๕X๘๐ cm
โรงพยาบาลสงขลา

๑. โครงสร้างทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด ๑"
๒. ตัวกล่องทำด้วยแผ่นสแตนเลสหนา ๑ มม.
๓. มีลิ้นชัก ๒ ลิ้นชัก
๔. ใส่ลูกล้อขนาด ๓" จำนวน ๔ ล้อ
๕. ขนาดรถ ๔๐X๕๕X๘๐ ซม.
๖. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ทั้งหมด (พร้อมหนังสือรับรอง TEST REPORT)
๗. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี


(ลงชื่อ) *Wim Somy* ประธานกรรมการ
(นางพรทิพย์ แสงสง่า)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


(ลงชื่อ) *อ. อรุณ* กรรมการ
(นางสาวอมรรัตน์ จำนงภักดิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(ลงชื่อ) *อ. ธีรศักดิ์* กรรมการ
(นายวีรยุทธ์ แก้วศรีสม)
นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
รถเข็นสแตนเลส ๒ ชั้น ๔๕X๗๓.๕X๘๐ cm
โรงพยาบาลสงขลา

๑. รถเข็นของ ๒ ชั้น
๒. ชั้นทั้ง ๒ ชั้นมีขอบหยาย ๔ ด้าน ทำด้วยแผ่นสแตนเลสหนา ๑ มม.
๓. ขาตั้งทั้ง ๔ ขา ทำด้วยท่อกลมขนาด ๒.๕ ซม. หนา ๑ มม.
๔. มีคานจับเข็น ๑ อัน
๕. ใส่ล้อขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๔ ล้อ
๖. ขนาด ๔๕ x ๗๓.๕ x ๘๐ ซม.
๗. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ทั้งหมด (พร้อมหนังสือรับรอง TEST REPORT)
๘. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางพรทิพย์ แสงสง่า)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวอมรรัตน์ จำนงภักดิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรัญชัย แก้วศรีสม)
นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
เก้าอี้สแตนเลสสำหรับทำหัตถการมีล้อ
โรงพยาบาลสงขลา

๑. โครงเก้าอี้ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด ๓/๘"
๒. เบาะนั่งทำด้วยสแตนเลส ขนาดเบาะนั่ง ๓๓ ซม.
๓. ปรับสูง-ต่ำได้ ๕๐-๖๕ ซม.
๔. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ทั้งหมด (พร้อมหนังสือรับรอง TEST REPORT)
๕. ใส่ล้อขนาด ๒" จำนวน ๔ ล้อ
๖. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ลงชื่อ) *Wanwan Prasit* ประธานกรรมการ
(นางพรทิพย์ แสงสง่า)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) *Wanwan Prasit* กรรมการ
(นางสาวอมรรัตน์ จำนงภักดิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ) *Wanwan Prasit* กรรมการ
(นายวรัญชัย แก้วศรีสม)
นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
รถเข็นสำหรับใส่กะละมัง ๒ ใบอาน้ำผู้ป่วย
โรงพยาบาลสงขลา

๑. อ่างใส่น้ำ ชนิดอ่างคู่ พร้อมขาตั้งมีล้อเลื่อน
๒. ขนาดอ่าง(วัดใน) ๓๓ ซม. และวัดด้านนอก ๓๕.๕ ซม. ขาตั้งสูง ๘๐ ซม.
๓. ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด ๒.๒ ซม. หนา ๑ มม.
๔. ด้านล่างมีชั้นวางของ ๑ ชั้น ทำด้วยแผ่นสแตนเลสหนา ๐.๙ มม.
๕. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ทั้งหมด (พร้อมหนังสือรับรอง TEST REPORT)
๖. ใส่ออกขนาด ๓" จำนวน ๔ ล้อ
๗. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ลงชื่อ)*himu5 m*.....ประธานกรรมการ
(นางพรทิพย์ แสงสง่า)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)*Dr. S*.....กรรมการ
(นางสาวอมรรัตน์ จันทน์ภักดิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)*Dr. W. K.*.....กรรมการ
(นายวีรยุทธ แก้วศรีสม)
นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
รถเข็นผ้าเป็อน ขนาด ๖๕X๑๐๕X๗๐ cm
โรงพยาบาลสงขลา

๑. ตัวรถเข็นทำด้วยท่อกลม ขนาด ๑" หนา ๑.๒ มม.
๒. ถังใส่ผ้าทำด้วยผ้าใบหนา ๑ ชั้น และผ้าหนังเทียม ๑ ชั้น โดยเย็บติดกัน
๓. พื้นรถเข็นทำด้วยแผ่นสแตนเลสพับขอบ ๔ ด้าน ขนาดขอบ ๑ 1/2" ความหนาของแผ่น ๑.๒ มม. ด้านใต้ของพื้นรถมีโครงกระดูกตามไว้ด้านล่าง ๒ แถว ขนาดโครงกระดูกกว้าง ๒๐ ซม. ยาวเท่ากับความยาวของรถเข็น
๔. ด้านจับเข็น ๑ อัน ทำด้วยท่อกลม ขนาด ๑" หนา ๑.๒ มม.
๕. ขนาดรถเข็น ๖๕X๑๐๕ ซม. สูง ๗๐ ซม.
๖. ใส่ล้อหมุนรอบตัว ๒ ล้อ และล้อวิ่งทางเดียว ๒ ล้อ เป็นล้อแป้น ยึดน็อต ๔ ตัว ต่อ ๑ ล้อ ขนาดล้อ ๘"
๗. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ทั้งหมด (พร้อมหนังสือรับรอง TEST REPORT)
๘. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี


(ลงชื่อ)
(นางพรทิพย์ แสงสง่า)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


(ลงชื่อ)
(นางสาวอมรรัตน์ จำนงักดิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(ลงชื่อ)
(นายวีรณชัย แก้วศรีสม)
นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
โต๊ะสำหรับจัดเตรียมอุปกรณ์ (ตัว) ๕๒X๙๒X๘๐ cm.
โรงพยาบาลสงขลา

๑. โต๊ะวางเครื่องมือแพทย์ ๒ ชั้น
๒. หน้าโต๊ะเป็นพื้นเรียบ ทำด้วยแผ่นสแตนเลสหนา ๑ มม.
๓. ขาตั้งทั้ง ๔ ขา ทำด้วยท่อสแตนเลสกลมขนาด ๒.๕ ซม.
๔. ขนาดโต๊ะ ๕๒x๙๒ ซม. สูง ๘๐ ซม.
๕. ใส่ลูกล้อขนาด ๓" จำนวน ๔ ล้อ
๖. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ทั้งหมด (พร้อมหนังสือรับรอง TEST REPORT)
๗. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางพรทิพย์ แสงสง่า)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวอมรรัตน์ จำนงภักดิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวีรยุทธย์ แก้วศรีสม)
นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
เสาน้ำเกลือฐานแบบหลังเต่า
โรงพยาบาลสงขลา

- ๑. เสาทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด Ø๑" หนา ๑ มม.
- ๒. แกนน้ำเกลือ ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด ๕/๘" แบบ ๔ ขอ
- ๓. ปรับสูง-ต่ำได้ตั้งแต่ ๑๒๐ ซม. ถึง ๒๐๐ ซม.
- ๔. ฐานล่างทำด้วยแผ่นสแตนเลสขึ้นรูปเป็นลักษณะหลังเต่าทำด้วยสแตนเลสแบนขนาด ๒" x ๓/๑๖" ขนาดฐาน ๔๘ ซม x ๔๘ ซม.
- ๕. ใส่ล้อยางหมุนรอบตัว ขนาด ๒"
- ๖. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ทั้งหมด (พร้อมหนังสือรับรอง TEST REPORT)
- ๗. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
(นางพรทิพย์ แสงสง่า)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นางสาวอมรรัตน์ จำนงภักดิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นายวรัญชัย แก้วศรีสม)
นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
โครงใส่ถังผ้าเปียอน ๕๒*๕๑ cm.
โรงพยาบาลสงขลา

- ๑. โครงทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด ๒.๒ ซม. หนา ๑ มม.
- ๒. ลักษณะทรงกลมขนาดกว้างประมาณ ๕๕ ซม. สูง ๘๐ ซม.
- ๓. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ทั้งหมด (พร้อมหนังสือรับรอง TEST REPORT)
- ๔. ใส่ล้อขนาด ๗.๕ ซม. จำนวน ๔ ล้อ
- ๕. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
(นางพรทิพย์ แสงสง่า)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นางสาวอมรรรัตน์ จำนงภักดิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นายวีรณชัย แก้วศรีสม)
นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
โต๊ะคร่อมเตียงขอบสแตนเลส
โรงพยาบาลสงขลา

ความต้องการ โต๊ะคร่อมเตียงผู้ป่วย

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการวางอาหารให้ผู้ป่วยรับประทาน

คุณสมบัติทั่วไป

๑. โต๊ะคร่อมเตียง ขนาด ๓๖x๘๐ ซม.
๒. หน้าโต๊ะใช้ปาดิเกิ้ลหนา ๒๐ มม. บุด้วยฟอรั่มิก้า ๒ ด้าน หุ้มด้วยของสแตนเลสทั้ง ๔ ด้าน ใต้โต๊ะใช้ท่อกลมตัดรูปสี่เหลี่ยมขนาด ๒๕ ซม. X ๖๐ ซม. ทำด้วยท่อกลมสแตนเลสขนาด ๗/๘" หนา ๑ มม. และขนาด ๕/๘" หนา ๑ มม. และสแตนเลสแบนขนาด ๑.๑/๔" x ๑/๘" เพื่อรองรับหน้าโต๊ะฟอรั่มิก้า
๓. ที่ไขเกลียวปรับสูง-ต่ำโต๊ะ ทำด้วยสแตนเลสแบนขนาด ๓/4" x ๓/๑๖" และมือหมุนเป็นพลาสติก
๔. ฐานล่างทำด้วยท่อสแตนเลสเหลี่ยม ขนาด ๓.๘ x ๓.๘ ซม หนา ๑ มม.
๕. ตัวเสาทำด้วยสแตนเลสสี่เหลี่ยมขนาด ๓" x ๑.๑/๒" หนา ๑.๒ มม.
๖. ปรับสูงต่ำได้ ๘๒ - ๑๑๗ ซม.
๗. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ทั้งหมด (พร้อมหนังสือรับรอง TEST REPORT)
๘. ใส่ลูกล้อขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๔ ล้อ
๙. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางพรทิพย์ แสงสง่า)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวอมรรัตน์ จำนงภักดิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายรัฐชัย แก้วศรีสม)
นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
รถทำหัตถการ ๔๓X๕๓X๙๔ cm
โรงพยาบาลสงขลา

๑. เป็นรถเข็น ๑ ล้อชัก ๑ ชั้น วางอุปกรณ์ ทำด้วยแผ่นสแตนเลสหนา ๐.๙ มม.
๒. มีด้ามจับเข็น ๑ ด้าม เชื่อมติด ทำด้วยสแตนเลสกลม ขนาด ๒๒ มม.
๓. ขารรถทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด ๑" หนา ๑ มม.
๔. ด้านบนมีขอบหยาบ ๓ ด้าน
๕. ขนาดรถเข็น ๔๓ x ๕๓ x ๙๔ ซม. (ความสูงรวมล้อ)
๖. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ทั้งหมด (พร้อมหนังสือรับรอง TEST REPORT)
๗. ใส่ล้อขนาด ๓" จำนวน ๔ ล้อ
๘. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ลงชื่อ)*Wms*.....ประธานกรรมการ
(นางพรทิพย์ แสงสง่า)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)*Dr. J*.....กรรมการ
(นางสาวอมรรัตน์ จำนงักดิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)*Dr. J*.....กรรมการ
(นายวีรณชัย แก้วศรีสม)
นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
รถเข็นสแตนเลส ๒ ชั้นขนาด ๔๕*๗๓.๕*๘๐ cm
โรงพยาบาลสงขลา

- ๑. เป็นรถเข็นสำหรับการพยาบาล
- ๒. ขนาดรถเข็น ๔๕*๗๓.๕*๘๐ ซม.
- ๓. ด้านบนมีหน้าโต๊ะมีขอบสูง ๓.๒ ซม.
- ๔. ด้านบนมี ๒ ล้อขับเคลื่อน
- ๕. ด้านล่างมีชั้นวางของ ๑ ชั้น มีขอบสูง ๓.๒ ซม. ทำด้วยแผ่นสแตนเลสหนา ๑ มม.
- ๖. มีราวกัน ๔ ด้าน ราวกันทำด้วยเพลขนาด ๘ มม.
- ๗. มีด้ามจับเข็น ๑ ด้าม ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด ๒.๒ ซม. หนา ๑ มม.
- ๘. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ทั้งหมด (พร้อมหนังสือรับรอง TEST REPORT)
- ๙. ใสล้อขนาด ๓ นิ้ว. จำนวน ๔ ล้อ
- ๑๐. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ลงชื่อ)*Wimsak*.....ประธานกรรมการ
(นางพรทิพย์ แสงสง่า)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)*Asin*.....กรรมการ
(นางสาวอมรรัตน์ จำนงักดิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)*Sawat*.....กรรมการ
(นายรัฐชัย แก้วศรีสม)
นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
ขาตั้งอ่างคู่ ขนาดอ่าง ๓๓ cm
โรงพยาบาลสงขลา

๑. อ่างใส่น้ำ ชนิดอ่างคู่ พร้อมขาตั้งมีล้อเลื่อน
๒. ขนาดอ่าง(วัดใน) ๓๓ ซม. และวัดด้านนอก ๓๕.๕ ซม. ขาตั้งสูง ๘๐ ซม.
๓. ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด ๒.๒ ซม. หนา ๑ มม.
๔. ด้านล่างมีชั้นวางของ ๑ ชั้น ทำด้วยแผ่นสแตนเลสหนา ๐.๙ มม.
๕. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ทั้งหมด (พร้อมหนังสือรับรอง TEST REPORT)
๖. ใส่อ่างขนาด ๓" จำนวน ๔ ล้อ
๗. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ลงชื่อ)*Wu S u*.....ประธานกรรมการ
(นางพรทิพย์ แสงสง่า)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)*Dr. Sr*.....กรรมการ
(นางสาวอมรรรัตน์ จำนงภักดิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)*Dr. Sr*.....กรรมการ
(นายวีรณชัย แก้วศรีสม)
นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
รถฉุกเฉิน ขนาด ๕๐*๗๐*๙๐ cm
โรงพยาบาลสงขลา

๑. ตัวรถมีลักษณะเป็นตู้หีบ ด้านบนเป็นผาดวางเวชภัณฑ์ มีขอบ ๓ ด้าน ขอบสูง ๓ ซม.
๒. ขนาดตัวรถ ๕๐x๗๐x๙๐ ซม. (ความสูงรวมล้อขนาด ๕")
๓. มีลิ้นชัก ๓ ลิ้นชัก สำหรับเก็บเวชภัณฑ์ยา ตัวรางลิ้นชักทำด้วยแผ่นสแตนเลสความหนา ๑ มม. ขนาดข้างลิ้นชัก และประตู ๑ บานทำด้วยแผ่นสแตนเลสความหนา ๐.๗ มม.
๔. ด้านข้างมีชั้นวางของพับลงได้ ทำด้วยแผ่นสแตนเลสความหนา ๑ มม. ขนาด ๓๐ x ๕๐ ซม.
๕. มีที่ใส่แท่งออกซิเจนขนาด ๐.๕ คิว จำนวน ๑ อัน ทำด้วยพลาสติก
๖. ด้านหลังมีแผ่น PP ขนาด ๔๘ x ๕๘ ซม หนา ๑๐ มม. สำหรับทำ CPR
๗. ทำด้วยสแตนเลส ความหนา ๑ มม. และ ๐.๗ มม.
๘. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ทั้งหมด (พร้อมหนังสือรับรอง TEST REPORT)
๙. หุ้มยางกันชนรอบตัวรถติดตั้งไว้ด้านล่าง ทำด้วยท่อ PA ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๑/๔"
๑๐. ใส่ล้อยางอย่างดีขนาด ๕" จำนวน ๔ ล้อ
๑๑. รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี

(ลงชื่อ)*Winn S m*.....ประธานกรรมการ
(นางพรทิพย์ แสงสง่า)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)*Winn S m*.....กรรมการ
(นางสาวอมรรัตน์ จำนงภักดิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)*Winn S m*.....กรรมการ
(นายรัฐชัย แก้วศรีสม)
นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
 รถยนต์ขนาด ๕๕*๗๐*๑๓๐ cm ๒๐ ล้อขับเคลื่อน
 โรงพยาบาลสงขลา

๑. รถเข็นยาขนาด ๒๐ ล้อขับเคลื่อน
๒. โดยมีล้อขับเคลื่อนวางเรียงซ้อนกัน ๔ แถว ๆ ละ ๕ ล้อขับเคลื่อน (ด้านหน้าด้านเดียว)
๓. ล้อขับเคลื่อนทำด้วยสแตนเลส
๔. ส่วนตัวรถเข็นมีขนาดกว้างประมาณ ๕๕ ซม. ยาวประมาณ ๗๐ ซม. สูง ๑๓๐ ซม.
๕. ทำด้วยแผ่นสแตนเลสความหนา ๐.๘ มม.
๖. ขาทั้ง ๔ ขา ทำด้วยท่อ SS กลมขนาด ๑.๑/๔" หนา ๑.๒ มม.
๗. ใส่ล้อยางอย่างดีขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๔ ล้อ ชั้นล่างมีถาดสแตนเลส ๑ ถาด
๘. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ทั้งหมด (พร้อมหนังสือรับรอง TEST REPORT)
๙. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี


(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นางพรทิพย์ แสงสง่า)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางสาวอมรรัตน์ จันทน์ภักดิ์)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายวีรชัย แก้วศรีสม)
 นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
เสาแขวนน้ำเกลือสแตนเลสฐานแบบหลังเต่า
โรงพยาบาลสงขลา

๑. เสาทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด $\varnothing 1$ " หนา ๑ มม.
๒. แขนงน้ำเกลือ ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด $5/8$ " แบบ ๔ ขอ
๓. ปรับสูง-ต่ำได้ตั้งแต่ ๑๒๐ ซม. ถึง ๒๐๐ ซม.
๔. ฐานล่างทำด้วยแผ่นสแตนเลสขึ้นรูปเป็นลักษณะหลังเต่าทำด้วยสแตนเลสแบน ขนาด 2 " x $3/16$ " ขนาดฐาน 4.8 ซม x 4.8 ซม.
๕. ใสล้อย่างหมุนรอบตัว ขนาด 2 "
๖. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ทั้งหมด (พร้อมหนังสือรับรอง TEST REPORT)
๗. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางพรทิพย์ แสงสง่า)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวอมรรัตน์ จำนงภักดิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรัญชัย แก้วศรีสม)
นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
รถฉีดยา ขนาด ๔๐*๕๐*๘๐ cm มีขอบขงาย ๓ ด้าน
โรงพยาบาลสงขลา

๑. เป็นรถเข็น ๑ ล้อขับเคลื่อน ๑ ชั้น วางอุปกรณ์ ทำด้วยแผ่นสแตนเลสหนา ๐.๙ มม.
๒. มีด้ามจับเข็น ๑ ด้าน เชื่อมติด ทำด้วยสแตนเลสกลม ขนาด ๒๒ มม.
๓. ขารรถทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด ๑" หนา ๑ มม.
๔. ด้านบนมีขอบขงาย ๓ ด้าน
๕. ขนาดรถเข็น ๔๐ x ๕๐ x ๘๐ ซม. (ความสูงรวมล้อ)
๖. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ทั้งหมด (พร้อมหนังสือรับรอง TEST REPORT)
๗. ใสล้อขนาด ๓" จำนวน ๔ ล้อ
๘. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี


(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางพรทิพย์ แสงสง่า)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวอมรรัตน์ จำนงภักดิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายรัฐชัย แก้วศรีสม)
นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
รถทำแผลขนาด ๔๕*๗๓.๕*๘๐ cm
โรงพยาบาลสงขลา

๑. เป็นรถเข็นชนิดมีล้อ ๔ ล้อ ขนาด รถไม่ต้องไม่น้อยกว่า ๔๕ x ๗๓.๕ ซม สูงไม่รวมล้อ ๘๐ ซม.
 (สูงรวมล้อประมาณ ๘๘ ซม)
๒. มีพื้น ๒ ชั้น และมีลิ้นชัก ๒ ลิ้นชัก
๓. ด้านบนมีชั้นวางของ ๑ ชั้น มีที่วางขวดน้ำยา ๘ ที่ มีที่วางกระปุกสำลี ๓ ที่ มีราวกัน ๓ ด้าน
๔. มีอุปกรณ์ ประกอบด้วย อ่าง, ถัง (พร้อมฝาปิด) , และเทอร์รี่ (พร้อมฝาปิด)
๕. โครงรถเข็นทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด ๒.๕ ซม. หนา ๑ มม.
๖. มีด้ามจับเข็น ๑ ด้ามทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด ๒.๒ ซม. หนา ๑ มม.
๗. ใส่ล้อขนาด ๓" จำนวน ๔ ล้อ
๘. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ พร้อมหนังสือ Test Report
๙. รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นางพรทิพย์ แสงสง่า)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวอมรรัตน์ จ้างนงักดี)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายวรัญชัย แก้วศรีสม)
 นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
รถเข็น ๒ ชั้น ขนาด ๔๐*๕๕*๘๐ cm
โรงพยาบาลสงขลา

๑. รถเข็นของ ๒ ชั้น
๒. ชั้นทั้ง ๒ ชั้นมีขอบหยาย ๔ ด้านและราวกัน ๔ ด้าน ทำด้วยแผ่นสแตนเลสหนา ๑ มม.
๓. ขาตั้งทั้ง ๔ ขา ทำด้วยท่อกลมขนาด ๒.๕ ซม. หนา ๑ มม.
๔. มีด้านจับเข็น ๑ อัน
๕. ใส่ตุ้กล้อขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๔ ล้อ
๖. ขนาด ๔๐ x ๕๕ x ๘๐ ซม.
๗. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ทั้งหมด (พร้อมหนังสือรับรอง TEST REPORT)
๘. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ลงชื่อ)*Wanisa*.....ประธานกรรมการ
(นางพรทิพย์ แสงสง่า)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)*As Jit*.....กรรมการ
(นางสาวอมรรัตน์ จำนงักดิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)*Sudat*.....กรรมการ
(นายวีรชัย แก้วศรีสม)
นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
เก้าอี้สแตนเลสสำหรับทำหัตถการมีล้อ
โรงพยาบาลสงขลา

๑. โครงเก้าอี้ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด ๓/๘"
๒. แป้นนั่งทำด้วยสแตนเลส ขนาดแป้นนั่ง ๓๓ ซม.
๓. ปรับสูง-ต่ำได้ ๕๐-๖๕ ซม.
๔. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ทั้งหมด (พร้อมหนังสือรับรอง TEST REPORT)
๕. ใส้ล้อขนาด ๒" จำนวน ๔ ล้อ
๖. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี


(ลงชื่อ)
(นางพรทิพย์ แสงสง่า)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


(ลงชื่อ)
(นางสาวอมรรัตน์ จำนงภักดิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(ลงชื่อ)
(นายวรวิชัย แก้วศรีสม)
นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
 รถทำหัตถการ ๔๓*๕๓*๙๔ cm.
 โรงพยาบาลสงขลา

๑. เป็นรถเข็น ๑ ล้อชัก ๑ ชั้น วางอุปกรณ์ ทำด้วยแผ่นสแตนเลสหนา ๐.๙ มม.
๒. มีด้ามจับเข็น ๑ ด้าม เชื่อมติด ทำด้วยสแตนเลสกลม ขนาด ๒๒ มม.
๓. ขารรถทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด ๑" หนา ๑ มม.
๔. ด้านบนมีขอบพยางค์ ๓ ด้าน
๕. ขนาดรถเข็น ๔๓ x ๕๓ x ๙๔ ซม. (ความสูงรวมล้อ)
๖. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ทั้งหมด (พร้อมหนังสือรับรอง TEST REPORT)
๗. ใส่อล้อขนาด ๓" จำนวน ๔ ล้อ
๘. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นางพรทิพย์ แสงสง่า)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
 (นางสาวอมรรัตน์ จำนงภักดิ์)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
 (นายวรัญชัย แก้วศรีสม)
 นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
โต๊ะสแตนเลส ๒ ชั้นวางผ้า ขนาด ๕๕x๙๒x๘๐ cm
โรงพยาบาลสงขลา

- ๑. โต๊ะสแตนเลส ๒ ชั้น สำหรับวางผ้า
- ๒. หน้าโต๊ะเป็นพื้นเรียบ ทำด้วยแผ่นสแตนเลสหนา ๑ มม.
- ๓. ขาตั้งทั้ง ๔ ขา ทำด้วยท่อสแตนเลสกลมขนาด ๒.๕ ซม.
- ๔. ขนาดโต๊ะ ๕๕x๙๒ ซม. สูง ๘๐ ซม.
- ๕. ใส่ลูกล้อขนาด ๓" จำนวน ๔ ล้อ
- ๖. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ทั้งหมด (พร้อมหนังสือรับรอง TEST REPORT)
- ๗. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี


(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
(นางเอกรัฐ เสรีรัตน์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


(ลงชื่อ)กรรมการ
(นางธิดา สมบัติยานุชิต)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


(ลงชื่อ)กรรมการ
(นายวรัญชัย แก้วศรีสม)
นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
โต๊ะสแตนเลส ๒ ชั้นวางเครื่องมือ ขนาด ๕๕X๙๒X๘๐ cm
โรงพยาบาลสงขลา

๑. โต๊ะวางเครื่องมือแพทย์ ๒ ชั้น สำหรับวางเครื่องมือ
๒. หน้าโต๊ะเป็นพื้นเรียบ ทำด้วยแผ่นสแตนเลสหนา ๑ มม.
๓. ขาตั้งทั้ง ๔ ขา ทำด้วยท่อสแตนเลสกลมขนาด ๒.๕ ซม.
๔. ขนาดโต๊ะ ๕๕x๙๒ ซม. สูง ๘๐ ซม.
๕. ใส่ลูกล้อขนาด ๓" จำนวน ๔ ล้อ
๖. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ทั้งหมด (พร้อมหนังสือรับรอง TEST REPORT)
๗. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางเอกรัฐ เสรีรัตน์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางธิดา สมบัติยานุชิต)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรัญชัย แก้วศรีสม)
นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
โต๊ะสแตนเลส ๒ ชั้น วาง Gown ขนาด ๕๒X๖๐X๘๐ cm
โรงพยาบาลสงขลา

๑. รถเข็นสแตนเลส ๒ ชั้น สำหรับวาง GOWN
๒. หน้าโต๊ะเป็นพื้นเรียบ ทำด้วยแผ่นสแตนเลสหนา ๑ มม.
๓. ขาตั้งทั้ง ๔ ขา ทำด้วยท่อสแตนเลสกลมขนาด ๒.๕ ซม.
๔. ขนาดโต๊ะ ๕๒x๖๐ ซม. สูง ๘๐ ซม.
๕. ใส่ลูกล้อขนาด ๓" จำนวน ๔ ล้อ
๖. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ (พร้อมหนังสือ TEST REPORT)
๗. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ลงชื่อ)*Jan*.....ประธานกรรมการ
(นางเอกรัฐ เสรีรัตน์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)*วิภาสมิตานุชิต*.....กรรมการ
(นางธิดา สมบัติยานุชิต)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)*วริทธิ์ชัย แก้วศรีสม*.....กรรมการ
(นายวริทธิ์ชัย แก้วศรีสม)
นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
 โต๊ะสแตนเลส ๒ ชั้นวางSetเครื่องมือขนาด ๕๒X๖๐X๘๐ cm
 โรงพยาบาลสงขลา

- ๑. รถเข็นสแตนเลส ๒ ชั้น สำหรับวาง Set เครื่องมือ
- ๒. หน้าโต๊ะเป็นพื้นเรียบ ทำด้วยแผ่นสแตนเลสหนา ๑ มม.
- ๓. ขาตั้งทั้ง ๔ ขา ทำด้วยท่อสแตนเลสกลมขนาด ๒.๕ ซม.
- ๔. ขนาดโต๊ะ ๕๒x๖๐ ซม. สูง ๘๐ ซม.
- ๕. ใส่ลูกล้อขนาด ๓" จำนวน ๔ ล้อ
- ๖. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ (พร้อมหนังสือ TEST REPORT)
- ๗. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ลงชื่อ)
 (นางเอกรัฐ เสรีรัตน์)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)
 (นางธิวา สมบัติยานุชิต)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)
 (นายวีรณัฐชัย แก้วศรีสม)
 นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
โต๊ะสแตนเลส ๒ ชั้นวาง Set scrub ขนาด ๕๒X๖๐X๘๐ cm
โรงพยาบาลสงขลา

๑. รถเข็นสแตนเลส ๒ ชั้น สำหรับวาง Set Scrub
๒. หน้าที่โต๊ะเป็นพื้นเรียบ ทำด้วยแผ่นสแตนเลสหนา ๑ มม.
๓. ขาตั้งทั้ง ๔ ขา ทำด้วยท่อสแตนเลสกลมขนาด ๒.๕ ซม.
๔. ขนาดโต๊ะ ๕๒x๖๐ ซม. สูง ๘๐ ซม.
๕. ใส่ลูกล้อขนาด ๓" จำนวน ๔ ล้อ
๖. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ (พร้อมหนังสือ TEST REPORT)
๗. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ลงชื่อ)*lan*.....ประธานกรรมการ
(นางเอกรัฐ เสรีรัตน์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)*ชื่อ สมบัติยานุชิต*.....กรรมการ
(นางธิดา สมบัติยานุชิต)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)*วิรัชชัย แก้วศรีสม*.....กรรมการ
(นายวิรัชชัย แก้วศรีสม)
นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
โต๊ะ Mayo
โรงพยาบาลสงขลา

๑. เป็นโต๊ะวางเครื่องมือแพทย์ แบบปรับสูง-ต่ำได้
๒. ด้านบนมีถาดวางเครื่องมือแพทย์ ขนาดถาดกว้าง ๓๓ ซม. ยาว ๔๘ ซม.
๓. โครงทำด้วยท่อกลมขนาด ๓.๒ ซม.
๔. ปรับสูง-ต่ำได้ตั้งแต่ ๘๐-๑๒๐ ซม.
๕. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ (พร้อมหนังสือ TEST REPORT)
๖. ใส่ล้อขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ ล้อ
๗. รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี

(ลงชื่อ)*han*.....ประธานกรรมการ
(นางเอกรัฐ เสรีรัตน์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)*นาง สมบัติยานุชิต*.....กรรมการ
(นางธิดา สมบัติยานุชิต)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)*นาย วัลลภ*.....กรรมการ
(นายวัลลภชัย แก้วศรีสม)
นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
Single basin ที่วางอ่างสแตนเลสเดี่ยว
โรงพยาบาลสงขลา

๑. อ่างใส่น้ำ ชนิดอ่างเดี่ยว พร้อมขาตั้งมีล้อเลื่อน
๒. ขนาดอ่าง ๓๒ ซม. ขาตั้งสูง ๘๐ ซม.
๓. ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด ๒.๒ ซม. หนา ๑ มม.
๔. ด้านล่างมีชั้นวางของ ๑ ชั้น ทำด้วยแผ่นสแตนเลสหนา ๐.๘ มม.
๕. ทำด้วยสแตนเลสทั้งหมด
๖. ใส่ล้อขนาด ๓" จำนวน ๔ ล้อ
๗. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ (พร้อมหนังสือ TEST REPORT)
๘. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ลงชื่อ)*ICW*.....ประธานกรรมการ
(นางเอกรัฐ เสรีรัตน์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)*ธิดา สมบัติยานุชิต*.....กรรมการ
(นางธิดา สมบัติยานุชิต)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)*นายวรัญชัย แก้วศรีสม*.....กรรมการ
(นายวรัญชัย แก้วศรีสม)
นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
Double basin ที่วางอ่างสแตนเลสคู่
โรงพยาบาลสงขลา

- ๑. อ่างใส่น้ำ ชนิดอ่างคู่ พร้อมขาตั้งมีล้อเลื่อน
- ๒. ขนาดอ่าง(วัดใน) ๓๓ ซม. และวัดด้านนอก ๓๕.๕ ซม. ขาตั้งสูง ๘๐ ซม.
- ๓. ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด ๒.๒ ซม. หนา ๑ มม.
- ๔. ด้านล่างมีชั้นวางของ ๑ ชั้น ทำด้วยแผ่นสแตนเลสหนา ๐.๙ มม.
- ๕. ทำด้วยสแตนเลสทั้งหมด
- ๖. ใส่ล้อขนาด ๓" จำนวน ๔ ล้อ
- ๗. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ทั้งหมด (พร้อมหนังสือรับรอง TEST REPORT)
- ๘. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี


(ลงชื่อ)*la*.....ประธานกรรมการ
 (นางเอกรัฐ เสรีรัตน์)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


(ลงชื่อ)*ธีรวิ สมบัติยานุชิต*.....กรรมการ
 (นางธีรวิ สมบัติยานุชิต)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


(ลงชื่อ)*วิรัชชัย แก้วศรีสม*.....กรรมการ
 (นายวิรัชชัย แก้วศรีสม)
 นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
เสาน้ำเกลือ
โรงพยาบาลสงขลา

- ๑. เสาทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด Ø๑" หนา ๑ มม.
- ๒. แขนงน้ำเกลือ ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด ๕/๘" แบบ ๔ ขอ
- ๓. ปรับสูง-ต่ำได้ตั้งแต่ ๑๒๐ ซม. ถึง ๒๐๐ ซม.
- ๔. ฐานล่างทำด้วยแผ่นสแตนเลสขึ้นรูปเป็นลักษณะหลังเต่าทำด้วยสแตนเลสแบนขนาด ๒" x ๓/๑๖" ขนาด ฐาน ๔๘ ซม x ๔๘ ซม.
- ๕. ใส่ล้อยางหมุนรอบตัว ขนาด ๒"
- ๖. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ทั้งหมด (พร้อมหนังสือรับรอง TEST REPORT)
- ๗. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางเอกรู้ เสรีรัตน์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอีวา สมบัติยานุชิต)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรัญชัย แก้วศรีสม)
นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
ถังขยะสแตนเลส
โรงพยาบาลสงขลา

๑. เป็นถังสำหรับทิ้งขยะ/ผ้าก๊อช หุ้มยางกันชน
๒. ขนาดถังทรงกลม กว้าง ๓๐ ซม. สูง ๓๘ ซม.
๓. ทำด้วยแผ่นสแตนเลสหนา ๐.๗ มม.
๔. หุ้มยางกันชนรอบด้าน
๕. ใส่ล้อขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๔ ล้อ
๖. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๗. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ พร้อมหนังสือรับรอง (Test Report)


(ลงชื่อ)*leu*.....ประธานกรรมการ
(นางเอกรัฐ เสรีรัตน์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


(ลงชื่อ)*ใจ สมบัติยานุชิต*.....กรรมการ
(นางธิดา สมบัติยานุชิต)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


(ลงชื่อ)*วิรัช แก้วศรีสม*.....กรรมการ
(นายวิรัชชัย แก้วศรีสม)
นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
เก้าอี้สแตนเลสสำหรับทำหัตถการ
โรงพยาบาลสงขลา

๑. โครงเก้าอี้ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด ๗/๘"
๒. แป้นนั่งทำด้วยสแตนเลส ขนาดแป้นนั่ง ๓๓ ซม.
๓. ปรับสูง-ต่ำได้ ๕๐-๖๕ ซม.
๔. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ทั้งหมด (พร้อมหนังสือรับรอง TEST REPORT)
๕. ใส่ล้อขนาด ๒" จำนวน ๔ ล้อ
๖. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางเอกรัฐ เสรีรัตน์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางธิดา สมบัติยานุชิต)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรัญชัย แก้วศรีสม)
ช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
 ราวมีล้อสำหรับนั่งผ้าซับโลหิต
 โรงพยาบาลสงขลา

๑. ราวมีล้อสำหรับนั่งผ้าซับโลหิต
๒. ขนาดยาว ๕๖ ซม. สูงรวมล้อ ๑๓๓ ซม. (สูงไม่รวมล้อ ๑๐๕ ซม)
๓. ทำด้วยท่อสแตนเลสกลมขนาด ๕/๘" และ ๓/๘"
๔. ใส่ล้อขนาด ๒" จำนวน ๔ ล้อ
๕. ด้านล่างสุดมีถาดสแตนเลส ๑ ใบ
๖. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ (พร้อมหนังสือ TEST REPORT)
๗. รับรองคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
 (นางเอกรัฐ เสรีรัตน์)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)กรรมการ
 (นางธิดา สมบัติยานุชิต)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)กรรมการ
 (นายวีรณชัย แก้วศรีสม)
 นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
ชั้นวางสแตนเลส ๕ ชั้นปรับระดับได้
โรงพยาบาลสงขลา

๑. ชั้นวางของ ๕ ชั้นแบบปรับระดับได้
๒. ขนาดกว้าง ๕๕.๕๐ ซม. ยาว ๑๐๑ ซม. สูงไม่รวมล้อ ๑๖๘ ซม.
๓. ทำด้วยแผ่นสแตนเลสพับขอบ ๔ ด้าน ความหนา ๑ มม.
๔. ขาชั้นทำด้วยท่อสแตนเลสสี่เหลี่ยมขนาด ๑.๑/๔" x ๑.๑/๔"
๕. ใส่ล้อขนาด ๔" จำนวน ๔ ล้อ
๖. ชั้นบนสุดมีราวกันทั้ง ๔ ด้าน ราวสูงจากขอบบน ๖ ซม.
๗. ชั้นทั้ง ๕ ชั้นสามารถปรับระดับได้
๘. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ (พร้อมหนังสือ TEST REPORT)
๙. รับรองคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ลงชื่อ)
(นางเอกรัฐ เสรีรัตน์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)
(นางธิดา สมบัติยานุชิต)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)
(นายวรัญชัย แก้วศรีสม)
นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
รถเข็นสแตนเลส ๒ ชั้น มีขอบ(เข็นเครื่องมือในห้องผ่าตัด)
โรงพยาบาลสงขลา

๑. คุณลักษณะทั่วไป เป็นรถเข็นของอเนกประสงค์ทั่วไป

๒. คุณสมบัติทางเทคนิค

๒.๑ ทำด้วยสแตนเลสอย่างดี เกรด ๓๐๔

๒.๒ เป็นรถเข็นของ ๒ ชั้น ชั้นบนมีขอบ ๔ ด้าน

๒.๓ มีด้ามจับสำหรับเข็นรถ ๑ ที่เชื่อมติด

๒.๔ ชั้นล่างมีราวกัน ๓ ด้าน ทำด้วยสแตนเลสเพลาหนา ๓ มม.

๒.๕ ขาตั้ง ๔ ขา ชนิดยาวตลอด ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด ๑.๒ นิ้ว หนา ๑ มม.

๒.๖ แผ่นของชั้นวางของทำด้วยสแตนเลสแผ่น หนา ๑ มม.

๒.๗ ขนาดรถเข็น ๕๐x๙๐x๘๐ ซม. ความสูงรวมล้อ

๒.๘ ใส่ล้อ ๕ นิ้ว จำนวน ๔ ล้อ


๓. ด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ (พร้อมหนังสือ TEST REPORT)

๔. รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ


(นางเอกรัฐ เสรีรัตน์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางธิวา สมบัติยานุชิต)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นายวรัญชัย แก้วศรีสม)


นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
รถเข็นผ้าเป็อน สแตนเลสขนาด ๖๕X๑๐๕X๗๕ cm
โรงพยาบาลสงขลา

๑. ตัวรถเข็นทำด้วยสแตนเลสกลม ขนาด ๑" หนา ๑.๒ มม.
๒. บุลวดตาข่าย ๔ ด้าน ขนาดช่องตาข่ายแบบสี่เหลี่ยม ๑ ½" x ๑ ½" ใช้เพลานขนาด ๓/๑๖"
๓. พื้นรถเข็นทำด้วยแผ่นสแตนเลสพับขอบ ๔ ด้าน ขนาดขอบ ๑ ½" ความหนาของแผ่น ๑.๒ มม.
ด้านใต้ของพื้นรมมีโครงกระดูกตามไว้ด้านล่าง ๒ แถว ขนาดโครงกระดูกกว้าง ๒๐ ซม. ยาวเท่ากับ
ความยาวของรถเข็นและโครงยึดล้ออย่างแข็งแรง
๔. ด้านจับเข็น ๑ อัน ทำด้วยท่อกลม ขนาด ๑" หนา ๑.๒ มม.
๕. ขนาดรถเข็น ๖๕x๑๐๕ ซม. สูง ๗๕ ซม.
๖. ใส่ล้อหมุนรอบตัว ๒ ล้อ และล้อวิ่งทางเดียว ๒ ล้อ เป็นล้อขนาด ๘"
๗. ด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ (พร้อมหนังสือ TEST REPORT)
๘. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางเอกรัฐ เสรีรัตน์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางธิดา สมบัติยานุชิต)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรัญชัย แก้วศรีสม)
นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
โต๊ะคร่อมเตียง ๓๖X๘๐ ปรับสูงต่ำ
โรงพยาบาลสงขลา

ความต้องการ โต๊ะคร่อมเตียงผู้ป่วย

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการวางอาหารให้ผู้ป่วยรับประทาน

คุณสมบัติทั่วไป

๑. โต๊ะคร่อมเตียง ขนาด ๓๖x๘๐ ซม.
๒. หน้าโต๊ะใช้ปาติเกิ้ลหนา ๒๐ มม. บุด้วยฟอรั่มมีก้ำสีขาว ๒ ด้าน หุ้มด้วยของสแตนเลสทั้ง ๔ ด้าน โต๊ะโต๊ะใช้
ท่อกลมตัดรูปสี่เหลี่ยมขนาด ๒๕ ซม. X ๖๐ ซม. ทำด้วยท่อกลมสแตนเลสขนาด ๗/๘" หนา ๑ มม. และ
ขนาด ๕/๘" หนา ๑ มม. และสแตนเลสแบนขนาด ๑.๑/๔" x ๑/๘" เพื่อรองรับหน้าโต๊ะฟอรั่มมีก้ำ
๓. ที่ไขเกลียวปรับสูง-ต่ำโต๊ะ ทำด้วยสแตนเลสแบนขนาด ๓/๔" x ๓/๑๖" และมีมือหมุนเป็นพลาสติก
๔. ฐานล่างทำด้วยท่อสแตนเลสเหลี่ยม ขนาด ๓.๘ x ๓.๘ ซม หนา ๑ มม.
๕. ตัวเสาทำด้วยสแตนเลสสี่เหลี่ยมขนาด ๓" x ๑.๑/๒" หนา ๑.๒ มม.
๖. ปรับสูงต่ำได้ ๘๒ - ๑๑๗ ซม.
๗. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ทั้งหมด (พร้อมหนังสือรับรอง TEST REPORT)
๘. ใส่ลูกล้อขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๔ ล้อ
๙. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางเอกรัฐ เสรีรัตน์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางธิวา สมบัติยานุชิต)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวีรณชัย แก้วศรีสม)

นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
เสาน้ำเกลือ ๕ แฉก
โรงพยาบาลสงขลา

๑. ฐานเสาแบบ ๕ แฉก ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด ๑ ๑/๔" หนา ๑.๒ มม.
๒. ตัวเสาทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด ๑" หนา ๑.๒ มม.
๓. ปรับสูง-ต่ำได้ ๑๒๐ - ๒๑๐ ซม.
๔. มีเสาแขวนน้ำเกลือ ๒ ขอ ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด ๑/๒"
๕. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ (พร้อมหนังสือรับรอง TEST REPORT)
๖. ใสล้อขนาด ๒" จำนวน ๕ ล้อ
๗. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางเอกรัฐ เสรีรัตน์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางธรีวา สมบัติยานุชิต)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวรวิญชัย แก้วศรีสม)
นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
 ไม้ขึ้นเตี้ยขนาด ๓๐*๔๐*๒๓ cm
 โรงพยาบาลสงขลา

๑. ขนาด ๓๐*๔๐ ซม. สูง ๒๓ ซม.
๒. พื้นทำด้วยไม้ัดหนา ๑๕ มม. ปูด้วยยางกันลื่น หุ้มขอบด้วยอลูมิเนียม
๓. โครงทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด ๒.๕ ซม. หนา ๑ มม.
๔. สวมลูกยางกันจุดส่วนปลายขาทั้ง ๔ ขา
๕. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ลงชื่อ)
 (นางเอกรัฐ เสรีรัตน์)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)
 (นางธิดา สมบัติยานุชิต)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)
 (นายวีรณัฐชัย แก้วศรีสม)
 นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
เตียง Stretcher
โรงพยาบาลสงขลา

๑. ขนาดกว้าง ๗๐ ซม. ยาว ๒๐๐ ซม. สูง ๘๐ ซม.
๒. สามารถปรับยกหัวเตียงให้สูงขึ้นได้
๓. มีโคมปรับพื้นเตียง ๒ โถง สำหรับปรับด้านศีรษะสำหรับแผ่นหลังผู้ป่วย และ ปรับด้านปลายเท้าให้ผู้ป่วยงอขาได้
๔. พื้นเตียงแบ่งเป็น ๔ ตอน ทำด้วยแผ่นสแตนเลสหนา ๑ มม. พับขึ้นรูป
๕. มีราวกัน , เสาควนน้ำเกลือ , ที่วางแท่งคี้ออกซิเจนขนาด ๑.๕ คิว , ภาควางของใช้ , ที่นอนฟองน้ำหุ้มด้วยผ้าหนังเทียม
๖. มียางกันชนทั้ง ๔ ด้าน
๗. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ทั้งหมด (พร้อมหนังสือรับรอง TEST REPORT)
๘. ขารรถทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด ๑ ¼" หนา ๑.๒ มม. พนักทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด ๑ ¼" หนา ๑.๒ มม. และขนาด ¾" หนา ๑ มม.
๙. ใส่ล้อขนาด ๑๕๐ มม. จำนวน ๔ ล้อ มีห้ามล้อ ๒ ล้อ
๑๐. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ลงชื่อ)*leu*.....ประธานกรรมการ

(นางเอกรัฐ เสรีรัตน์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)*นางธิดา สมบัติยานุชิต*.....กรรมการ

(นางธิดา สมบัติยานุชิต)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)*นายวรัญชัย แก้วศรีสม*.....กรรมการ

(นายวรัญชัย แก้วศรีสม)

นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
รถเตรียมยาห้องพักฟื้น
โรงพยาบาลสงขลา

๑. เป็นรถเข็นชนิดมีล้อ ๔ ล้อ ขนาด รถไม่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๗" x ๒๙" x ๓๒"
๒. มีพื้น ๒ ชั้น และมีลิ้นชัก ๒ ลิ้นชัก
๓. ด้านบนมีชั้นวางของ ๑ ชั้น มีที่วางขวดน้ำยา ๘ ที่ มีที่วางกระปุกสำลี ๓ ที่ มีราวกัน ๓ ด้าน
๔. มีอุปกรณ์ ประกอบด้วย อ่าง, ถัง (พร้อมฝาปิด) , และเทอร์ย์ (พร้อมฝาปิด)
๕. โครงรถเข็นทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด ๒.๕ ซม. หนา ๑ มม.
๖. มีด้ามจับเข็น ๑ ด้ามทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด ๒.๒ ซม. หนา ๑ มม.
๗. ใส่ล้อขนาด ๓" จำนวน ๔ ล้อ
๘. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ทั้งหมด (พร้อมหนังสือรับรอง TEST REPORT)
๙. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ลงชื่อ)*leu*.....ประธานกรรมการ
(นางเอกรัฐ เสรีรัตน์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)*นางธิว สมบัติยานุชิต*.....กรรมการ
(นางธิว สมบัติยานุชิต)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)*นายวรัญชัย แก้วศรีสม*.....กรรมการ
(นายวรัญชัย แก้วศรีสม)
นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
รถเข็นเตรียมยาห้องผ่าตัด
โรงพยาบาลสงขลา

๑. โครงสร้างทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด ๑"
๒. ตัวล้อทำด้วยแผ่นสแตนเลสหนา ๑ มม.
๓. มีล้อขับเคลื่อน ๒ ล้อ
๔. ใส่ล้อขนาด ๓" จำนวน ๔ ล้อ
๕. ขนาดรถ ๔๐x๕๕x๘๐ ซม.
๖. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ทั้งหมด (พร้อมหนังสือรับรอง TEST REPORT)
๗. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
(นางเอกรัฐ เสรีรัตน์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นางธิดา สมบัติยานุชิต)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นายรัฐชัย แก้วศรีสม)
นายช่างเทคนิค


คุณลักษณะเฉพาะ
เสื่อน้ำเกลือ
โรงพยาบาลสงขลา

๑. ฐานเสาแบบ ๔ แฉก ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด ๑ ๑/๔" หนา ๑.๒ มม.
๒. ตัวเสาทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด ๑" หนา ๑.๒ มม.
๓. ปรับสูง-ต่ำได้ ๑๒๐ - ๒๑๐ ซม.
๔. มีเสาแขวนน้ำเกลือ ๒ ขอ ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด ๑/๒"
๕. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ทั้งหมด (พร้อมหนังสือรับรอง TEST REPORT)
๖. ใส่ล้อขนาด ๒" จำนวน ๔ ล้อ
๗. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางเอกรัฐ เสรีรัตน์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางริวา สมบัติยานุชิต)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรัญชัย แก้วศรีสม)

นายช่างเทคนิค

คุณลักษณะเฉพาะ
โต๊ะคร่อมเตียง
โรงพยาบาลสงขลา

ความต้องการ โต๊ะคร่อมเตียงผู้ป่วย

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการวางอาหารให้ผู้ป่วยรับประทาน

คุณสมบัติทั่วไป

๑. โต๊ะคร่อมเตียง ขนาด ๓๖x๘๐ ซม.
๒. หน้าโต๊ะใช้ปาติเกิ้ลหนา ๒๐ มม. บุด้วยฟอรั่มิก้า ๒ ด้าน หุ้มด้วยของสแตนเลสทั้ง ๔ ด้าน ได้โต๊ะใช้ที่กลมดัดรูปสี่เหลี่ยมขนาด ๒๕ ซม. X ๖๐ ซม. ทำด้วยที่กลมสแตนเลสขนาด ๓/๘" หนา ๑ มม. และขนาด ๕/๘" หนา ๑ มม. และสแตนเลสแบนขนาด ๑.๑/๔" x ๑/๘" เพื่อรองรับหน้าโต๊ะฟอรั่มิก้า
๓. ที่ไขเกลียวปรับสูง-ต่ำโต๊ะ ทำด้วยสแตนเลสแบนขนาด ๓/๔" x ๓/๑๖" และมีมือหมุนเป็นพลาสติก
๔. ฐานล่างทำด้วยท่อสแตนเลสเหลี่ยม ขนาด ๓.๘ X ๓.๘ ซม หนา ๑ มม.
๕. ตัวเสาทำด้วยสแตนเลสสี่เหลี่ยมขนาด ๓" x ๑.๑/๒" หนา ๑.๒ มม.
๖. ปรับสูงต่ำได้ ๘๒ - ๑๑๗ ซม.
๗. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ทั้งหมด (พร้อมหนังสือรับรอง TEST REPORT)
๘. ใส่ลูกล้อขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๔ ล้อ
๙. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางสุภาพ ปิ่นทอง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางจิรนาถย์ รัตนประพันธ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวภัทริติษา สวัสดิ์มณี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

คุณลักษณะเฉพาะ
รถเข็น ๔ ล้อ เอนกประสงค์
โรงพยาบาลสงขลา

๑. รถเข็นของใช้ทั่วไป ทำด้วยสแตนเลส
๒. พื้นเรียบ ทำด้วยแผ่นสแตนเลสหนา ๑ มม. พับขึ้นรูป ด้านล่างตามด้วยกระดูก
ขนาด ๑๕ ซม. ยาว ๙๐ ซม. จำนวน ๒ ตัว
๓. โครงรถทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด ๒.๕ ซม. หนา ๑ มม.
๔. ขนาด ๖๐x๙๐x๔๕ ซม.
๕. มีด้ามจับเข็น ๑ ด้าม พร้อมราวกัน ๓ ด้าน สูง ๒๒ ซม.
๖. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ทั้งหมด (พร้อมหนังสือรับรอง TEST REPORT)
๗. ใส่ล้อขนาด ๖" จำนวน ๔ ล้อ
๘. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
(นางสุภาพ ปิ่นทอง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นางจิรนาถย์ รัตนประพันธ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นางสาวภัททิษา สวัสดิ์มณี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

คุณลักษณะเฉพาะ
รถเข็นสำหรับทำหัตถการ ขนาด ๔๕*๗๓.๕*๘๐ cm
โรงพยาบาลสงขลา

๑. รถเข็นของ ๒ ชั้น
๒. ชั้นทั้ง ๒ ชั้นมีขอบหยาย ๔ ด้าน ทำด้วยแผ่นสแตนเลสหนา ๑ มม.
๓. ขาตั้งทั้ง ๔ ขา ทำด้วยท่อกลมขนาด ๒.๕ ซม. หนา ๑ มม.
๔. มีด้านจับเข็น ๑ อัน
๕. ใสล้อขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๔ ล้อ
๖. ขนาด ๔๕ x ๗๓.๕ x ๘๐ ซม.
๗. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ทั้งหมด (พร้อมหนังสือรับรอง TEST REPORT)
๘. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
(นางสุภาพ ปิ่นทอง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นางจิรนาถย์ รัตนประพันธ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นางสาวภัททิษา สวัสดิ์มณี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ชื่อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๗,๔๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
๑	รถเข็นสำหรับให้สารน้ำฉีดยา ๔๐X๕๐X๘๐ cm	๒	คัน	๑๒,๖๐๐
๒	รถ Emergency ๔๐X๕๕X๘๐ cm	๑	คัน	๙,๙๐๐
๓	รถเข็นสแตนเลส ๒ ชั้น ๔๕X๗๓.๕X๘๐ cm	๖	คัน	๓๕,๖๔๐
๔	เก้าอี้สแตนเลสสำหรับทำหัตถการมีล้อ	๖	ตัว	๒๐,๗๙๐
๕	รถเข็นสำหรับใส่กะละมัง ๒ ใบอาบน้ำผู้ป่วย	๑๖	คัน	๘๗,๑๒๐
๖	รถเข็นผ้าเป็อน ขนาด ๖๕X๑๐๕X๗๐ cm	๒	คัน	๒๗,๐๐๐
๗	โต๊ะสำหรับจัดเตรียมอุปกรณ์ (ตัว) ๕๒X๙๒X๘๐ cm	๒	ตัว	๑๔,๘๕๐
๘	เสาน้ำเกลือฐานแบบหลังเต่า	๒๐	ชุด	๓๖,๐๐๐
๙	โครงใส่ถังผ้าเป็อน ๕๒*๕๑ cm	๔	ชุด	๑๒,๐๐๐
๑๐	โต๊ะคร่อมเตียงขอบสแตนเลส	๑๑	ชุด	๕๕,๐๐๐
๑๑	รถทำหัตถการ ๔๓X๕๓X๙๔ cm	๑	คัน	๖,๕๐๐
รวมเป็นเงิน				๓๑๗,๔๐๐

๔.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๖๒

เป็นเงิน ๓๑๕,๕๖๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง (บาท)
๑	รถเข็นสำหรับให้สารน้ำฉีดยา ๔๐X๕๐X๘๐ cm	๒	คัน	๑๒,๖๐๐
๒	รถ Emergency ๔๐X๕๕X๘๐ cm	๑	คัน	๙,๘๐๐
๓	รถเข็นสแตนเลส ๒ ชั้น ๔๕X๗๓.๕X๘๐ cm	๖	คัน	๓๕,๔๐๐
๔	เก้าอี้สแตนเลสสำหรับทำหัตถการมีล้อ	๖	ตัว	๒๐,๗๖๐
๕	รถเข็นสำหรับใส่กะละมัง ๒ ใบอาบน้ำผู้ป่วย	๑๖	คัน	๘๖,๔๐๐
๖	รถเข็นผ้าเป็อน ขนาด ๖๕X๑๐๕X๗๐ cm	๒	คัน	๒๗,๐๐๐
๗	โต๊ะสำหรับจัดเตรียมอุปกรณ์ (ตัว) ๕๒X๙๒X๘๐ cm	๒	ตัว	๑๔,๖๐๐
๘	เสาน้ำเกลือฐานแบบหลังเต่า	๒๐	ชุด	๓๖,๐๐๐
๙	โครงใส่ถังผ้าเป็อน ๕๒*๕๑ cm	๔	ชุด	๑๒,๐๐๐
๑๐	โต๊ะคร่อมเตียงขอบสแตนเลส	๑๑	ชุด	๕๕,๐๐๐
๑๑	รถทำหัตถการ ๔๓X๕๓X๙๔ cm	๑	คัน	๖,๐๐๐
รวมเป็นเงิน				๓๑๕,๕๖๐

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ๕.๑ บริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จำกัด
- ๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อันดามันซัพพลาย
- ๕.๓ บริษัท โฟร์ตี.อี.เอ็ม จำกัด
- ๕.๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์ ฮอสพิทอล ซัพพลายเออร์

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกท่าน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางพรทิพย์ แสงสง่า)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวอมรรัตน์ จำนงภักดิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวีรณัฐ แก้วศรีสม)
นายช่างเทคนิค

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใขงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ชื่อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๓,๑๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

รายการ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
๑	รถเข็นสแตนเลส ๒ ชั้น ขนาด ๔๕ x ๗๓.๕ x ๘๐ cm.	๒	คัน	๓๑,๕๐๐
๒	ขาตั้งอ่างคู่ ขนาดอ่าง ๓๓ cm.	๑๖	ชุด	๘๗,๑๒๐
๓	รถฉุกลี้น ขนาด ๕๐ x ๗๐ x ๙๐ cm.	๒	คัน	๕๐,๐๐๐
๔	รถยา ขนาด ๕๐ x ๗๐ x ๑๓๐ cm. ๒๐ ลี้นชัก	๒	คัน	๕๕,๐๐๐
๕	เสาแขวนน้ำเกลือสแตนเลสฐานแบบหลังเต่า	๑๘	ชุด	๓๒,๔๐๐
๖	รถฉีดยา ขนาด ๔๐ x ๕๐ x ๘๐ cm. มีขอบหางย ๓ ด้าน	๒	คัน	๑๒,๖๐๐
๗	รถทำแผลขนาด ๔๕ x ๗๓.๕ x ๘๐ cm.	๑	คัน	๑๐,๘๐๐
๘	รถเข็น ๒ ชั้น ขนาด ๔๐ x ๕๕ x ๘๐ cm.	๒	คัน	๑๐,๘๘๐
๙	เก้าอี้สแตนเลสสำหรับทำหัตถการมีล้อ	๖	ตัว	๒๐,๗๘๐
๑๐	รถทำหัตถการ ๔๓ x ๕๓ x ๙๔ cm.	๒	คัน	๑๓,๐๐๐
รวมเป็นเงิน				๓๒๓,๑๐๐

๔.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๖๒

เป็นเงิน ๓๑๗,๘๒๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

รายการ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
๑	รถเข็นสแตนเลส ๒ ชั้น ขนาด ๔๕ x ๗๓.๕ x ๘๐ cm.	๒	คัน	๓๑,๕๐๐
๒	ขาตั้งอ่างคู่ ขนาดอ่าง ๓๓ cm.	๑๖	ชุด	๘๖,๔๐๐
๓	รถฉุกลี้น ขนาด ๕๐ x ๗๐ x ๙๐ cm.	๒	คัน	๔๗,๕๐๐
๔	รถยา ขนาด ๕๐ x ๗๐ x ๑๓๐ cm. ๒๐ ลี้นชัก	๒	คัน	๕๓,๖๐๐
๕	เสาแขวนน้ำเกลือสแตนเลสฐานแบบหลังเต่า	๑๘	ชุด	๓๒,๔๐๐
๖	รถฉีดยา ขนาด ๔๐ x ๕๐ x ๘๐ cm. มีขอบหางย ๓ ด้าน	๒	คัน	๑๒,๖๐๐
๗	รถทำแผลขนาด ๔๕ x ๗๓.๕ x ๘๐ cm.	๑	คัน	๑๐,๒๖๐
๘	รถเข็น ๒ ชั้น ขนาด ๔๐ x ๕๕ x ๘๐ cm.	๒	คัน	๑๐,๘๐๐
๙	เก้าอี้สแตนเลสสำหรับทำหัตถการมีล้อ	๖	ตัว	๒๐,๗๖๐
๑๐	รถทำหัตถการ ๔๓ x ๕๓ x ๙๔ cm.	๒	คัน	๑๒,๐๐๐
รวมเป็นเงิน				๓๑๗,๘๒๐

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ๕.๑ บริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จำกัด
- ๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อันดามันซัพพลาย
- ๕.๓ บริษัท โฟรตี้.อี.เอ็ม จำกัด
- ๕.๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์ ฮอสพิทอล ซัพพลายเออร์

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกท่าน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางพรทิพย์ แสงสง่า)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวอมรรัตน์ จำนงภักดิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวีรณชัย แก้วศรีสม)
นายช่างเทคนิค

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ชื่อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒๒ รายการ

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๖,๐๘๑ บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันแปดสิบบาทถ้วน)

รายการ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
๑	โต๊ะสแตนเลส ๒ ชั้นวางผ้า ขนาด ๕๕X๙๙๒X๘๐ cm.	๒	ชุด	๑๔,๘๕๐
๒	โต๊ะสแตนเลส ๒ ชั้นวางเครื่องมือ ขนาด ๕๕X๙๙๒X๘๐ cm.	๒	ชุด	๑๔,๘๕๐
๓	โต๊ะสแตนเลส ๒ ชั้น วางGown ขนาด ๕๒X๖๐X๘๐ cm.	๒	ชุด	๑๑,๘๘๐
๔	โต๊ะสแตนเลส ๒ ชั้นวางSetเครื่องมือขนาด ๕๒X๖๐X๘๐ cm.	๓	ชุด	๑๗,๘๒๐
๕	โต๊ะสแตนเลส ๒ ชั้นวางSet scrub ขนาด ๕๒X๖๐X๘๐ cm.	๒	ชุด	๑๑,๘๘๐
๖	โต๊ะ Mayo	๒	ชุด	๙,๙๐๐
๗	Single basin ที่วางอ่างสแตนเลสเดี่ยว	๓	ชุด	๑๑,๘๘๐
๘	Double basin ที่วางอ่างสแตนเลสคู่	๑	ชุด	๕,๔๔๕
๙	เสาน้ำเกลือ	๑	ชุด	๑,๘๐๐
๑๐	ถังขยะสแตนเลส	๖	ชุด	๒๐,๑๙๖
๑๑	เก้าอี้สแตนเลสสำหรับทำหัตถการ	๖	ชุด	๒๐,๗๙๐
๑๒	ราวมีล้อสำหรับนับผ้าซับโลหิต	๑	ชุด	๕,๔๐๐
๑๓	ชั้นวางสแตนเลส ๕ ชั้นปรับระดับได้	๒	ชุด	๔๐,๐๐๐
๑๔	รถเข็นสแตนเลส ๒ ชั้น มีขอบ(เข็นเครื่องมือในห้องผ่าตัด)	๑	คัน	๑๐,๘๙๐
๑๕	รถเข็นผ้าเปื้อน สแตนเลสขนาด ๖๕X๑๐๕X๗๕ cm.	๑	คัน	๑๓,๕๐๐
๑๖	โต๊ะคร่อมเตียง ๓๖X๘๐ ปรับสูงต่ำ	๑	ชุด	๕,๕๐๐
๑๗	เสาน้ำเกลือ ๕ แฉก	๒	ชุด	๔,๐๐๐
๑๘	ม้าขึ้นเตียงขนาด ๓๐x๔๐x๒๓ cm.	๔	ชุด	๖,๖๐๐
๑๙	เตียง Stretcher	๒	ชุด	๖๙,๓๐๐
๒๐	รถเตรียมยาห้องพักฟื้น	๑	คัน	๑๐,๘๐๐
๒๑	รถเข็นเตรียมยาห้องผ่าตัด	๒	คัน	๑๙,๘๐๐
๒๒	เสาน้ำเกลือ	๕	ชุด	๙,๐๐๐
รวมเป็นเงิน				๓๓๖,๐๘๑

๔.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๘ ส.ค. 2562

เป็นเงิน ๓๒๑,๐๐๖ บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกบาทถ้วน)

รายการ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง (บาท)
๑	โต๊ะสแตนเลส ๒ ชั้นวางผ้า ขนาด ๕๕X๙๙๒X๘๐ cm.	๒	ชุด	๑๔,๘๐๐
๒	โต๊ะสแตนเลส ๒ ชั้นวางเครื่องมือ ขนาด ๕๕X๙๙๒X๘๐ cm.	๒	ชุด	๑๔,๘๐๐
๓	โต๊ะสแตนเลส ๒ ชั้น วางGown ขนาด ๕๒X๖๐X๘๐ cm.	๒	ชุด	๑๑,๘๐๐
๔	โต๊ะสแตนเลส ๒ ชั้นวางSetเครื่องมือขนาด ๕๒X๖๐X๘๐ cm.	๓	ชุด	๑๗,๗๐๐
๕	โต๊ะสแตนเลส ๒ ชั้นวางSet scrub ขนาด ๕๒X๖๐X๘๐ cm.	๒	ชุด	๑๑,๘๐๐
๖	โต๊ะ Mayo	๒	ชุด	๙,๖๐๐
๗	Single basin ที่วางอ่างสแตนเลสเดี่ยว	๓	ชุด	๑๑,๗๐๐
๘	Double basin ที่วางอ่างสแตนเลสคู่	๑	ชุด	๕,๔๐๐
๙	เสาน้ำเกลือ	๑	ชุด	๑,๘๐๐
๑๐	ถังขยะสแตนเลส	๖	ชุด	๒๐,๑๙๖
๑๑	เก้าอี้สแตนเลสสำหรับทำหัตถการ	๖	ชุด	๒๐,๗๙๐
๑๒	รวมมีล้อสำหรับนับผ้าซับโลหิต	๑	ชุด	๕,๔๐๐
๑๓	ชั้นวางสแตนเลส ๕ ชั้นปรับระดับได้	๒	ชุด	๔๐,๐๐๐
๑๔	รถเข็นสแตนเลส ๒ ชั้น มีขอบ(เข็นเครื่องมือในห้องผ่าตัด)	๑	คัน	๑๐,๘๙๐
๑๕	รถเข็นผ้าเป็อน สแตนเลสขนาด ๖๕X๑๐๕X๗๕ cm.	๑	คัน	๑๓,๕๐๐
๑๖	โต๊ะคร่อมเตียง ๓๖X๘๐ ปรับสูงต่ำ	๑	ชุด	๕,๐๐๐
๑๗	เสาน้ำเกลือ ๕ แฉก	๒	ชุด	๔,๐๐๐
๑๘	ม้าขึ้นเตียงขนาด ๓๐x๔๐x๒๓ cm.	๔	ชุด	๖,๐๐๐
๑๙	เตียง Stretcher	๒	ชุด	๕๗,๐๐๐
๒๐	รถเตรียมยาห้องพักฟื้น	๑	คัน	๑๐,๒๖๐
๒๑	รถเข็นเตรียมยาห้องผ่าตัด	๒	คัน	๑๙,๖๐๐
๒๒	เสาน้ำเกลือ	๕	ชุด	๙,๐๐๐
รวมเป็นเงิน				๓๒๑,๐๐๖

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ บริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จำกัด

๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อันดามันซัพพลาย

๕.๓ บริษัท โพรตี.อี.เอ็ม จำกัด

๕.๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์ ฮอสพิทอล ซัพพลายเออร์

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกท่าน

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางเอกรัฐ เสรีรัตน์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางธิดา สมบัติยานุชิต)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายวรัญชัย แก้วศรีสม)

นายช่างเทคนิค

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ชื่อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๐,๗๘๐ บาท (แปดหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

รายการ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
๑	โต๊ะคร่อมเตียง ขนาด ๓๖X๘๐ cm.	๑๐	ชุด	๕๐,๐๐๐
๒	รถเข็น ๔ ล้อ เอนกประสงค์ ขนาด ๖๐X๙๐X๔๕ cm.	๑	คัน	๙,๐๐๐
๓	รถเข็นสำหรับทำหัตถการ ขนาด ๔๕X๗๓.๕X๘๐ cm.	๔	คัน	๒๑,๗๘๐
รวมเป็นเงิน				๘๐,๗๘๐

๔.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 8 ส.ค. 2562

เป็นเงิน ๘๐,๑๘๐บาท (แปดหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

รายการ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
๑	โต๊ะคร่อมเตียง ขนาด ๓๖X๘๐ cm.	๑๐	ชุด	๕๐,๐๐๐
๒	รถเข็น ๔ ล้อ เอนกประสงค์ ขนาด ๖๐X๙๐X๔๕ cm.	๑	คัน	๘,๔๐๐
๓	รถเข็นสำหรับทำหัตถการ ขนาด ๔๕X๗๓.๕X๘๐ cm.	๔	คัน	๒๑,๗๘๐
รวมเป็นเงิน				๘๐,๑๘๐

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ บริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จำกัด

๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อันดามันซัพพลาย

๕.๓ บริษัท โฟร์ดี.อี.เอ็ม จำกัด

๕.๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์ ฮอสพิทอล ซัพพลายเออร์

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกท่าน

(ลงชื่อ)
(นางสุภาพ ปิ่นทอง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)
(นางจิรนาถย์ รัตนประพันธ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)
(นางสาวภัทธีตา สวัสดิ์มณี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ